Q800R プロトコル　クロマチンの断片化（ヒト 細胞）



Ladder : 1kb plus Invitrogen

プロトコル

サンプル種：	HEK293T（10cm ディッシュ 70～80%コンフルエント）
	RPE（15cm ディッシュ 70～80%コンフルエント）
容量：	300µL
サンプル濃度：	～25mg
ホルムアルデヒド濃度：	1%
固定時間：	13 分
Amplitude：	70%
パルス：	ON 15 秒、OFF 45 秒
Total On Time：	30 分
その他処理条件：	カップ内水温は 4℃を維持

お客様の声

- Brand Tech 製 0.5mL 薄壁チューブ（品番：781312）を使用しました。
- 高い再現性が得られます。
- 多検体を同時処理するのに、Q800R は有用です。
- コンタミネーションを防ぐことができ、また少ない容量を処理できるため、カップホーンはプローブよりも便利です。
- 300bp 以下のフラグメントにする場合は、処理時間が長くなります。
- より多くの細胞を使用する場合、処理時間はより長くなります。
- 50µL 以下のサンプル量では処理できましたが、300µL 以上では効果的に処理できませんでした。

原文はこちらからご覧いただけます。

提供：QSONICA LLC　文責：ワケンビーテック株式会社